

**Қазақстан Республикасының  
Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму  
министрлігі**

010000, Қазақстан Республикасы, Астана  
қ., Сол жағалау, Орынбор к-сі, 8  
(Министірліктер үйі), 5-кіреберіс

Номер НИКАД: KZ59VBP00000673



**Министерство здравоохранения и  
социального развития Республики  
Казахстан**

010000, Республика Казахстан, г. Астана,  
Левый берег, ул. Орынбор, 8 (Дом  
Министерств), 5 подъезд

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
РК-ИМН-5№002815**

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»,  
настоящее регистрационное удостоверение выдано:

1.	Наименование владельца регистрационного удостоверения	Винар НПФ
2.	Страна владельца регистрационного удостоверения	Россия

в том, что **Индикаторы воздушной стерилизации трех режимов (160°/150,180°/60, 200°/30 мин)  
химические интегрирующие одноразовые для визуального контроля соблюдения температуры и  
времени Стеритест-Вл-Винар, Винар НПФ**

(наименование изделия медицинского назначения или медицинской техники, производитель)

**Класс 2 а – со средней степенью риска**

(класс безопасности в зависимости от потенциального риска применения)

зарегистрирована/о и разрешена/о к применению в медицинской практике на территории Республики  
Казахстан.

Дата государственной регистрации (перерегистрации): 12.04.2016, №N001355

Действительно до: 12.04.2021

Дата внесения изменений:

Ф.И.О. руководителя государственного органа (или уполномоченное лицо): БЕЙСЕН НАЗАРБЕК  
ЕСІРКЕПҰЛЫ

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и  
электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

